

Sochaczew, dnia 5 października 2018 roku

**ZARZĄD POWIATU**  
w Sochaczewie  
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

## **Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu**

Sygn. post.: **ZP.272.04.2018**

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”**

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”.

### **Pytanie 1. Dotyczy pkt. 1 Wymagań Technicznych**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oferty na Aparat do wspomaganie oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków (w zestawie ze stojakiem jezdny). Oferowany przez nas aparat zamocowany jest na solidnej podstawie jezdnej, która nie wymaga mocowania do szyny. Stojak na podstawie jezdnej z zamocowanym urządzeniem na szynie jest mniej stabilny i grozi wywróceniem.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 2. Dotyczy pkt. 2 Wymagań Technicznych**

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu w tym punkcie na „Generator nCPAP kompatybilny z oferowanym urządzeniem”. Zgodnie z naszą wiedzą nie istnieje Generator nCPAP oparty na zasadzie działania zaworu Benveniste ze zbiornikiem objętościowym. Nie istnieją żadne publikacje medyczne w tym zakresie. Opisany tak generator jest zabiegiem marketingowym producenta.

Odpowiedź: **Zgodnie z zapisami SIWZ.**

### **Pytanie nr 3. Dotyczy pkt. 5 i 6 Wymagań Technicznych**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o następujących wymiarach i wadze: 25 cm x 25 cm 25 cm oraz wadze 7,5 kg.

Określenie wymiarów urządzenia nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia. Oferowane przez nas parametry nie odbiegają znacząco od pierwotnych.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 4. Dotyczy pkt. 9 Wymagań Technicznych**

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nieposiadania ekranu dotykowego. Obecnie większość urządzeń medycznych posiada ekrany dotykowe, co jest rozwiązaniem bardziej

nowoczesnym technologicznie i intuicyjnym. Parametr dla urządzenia z ekranem dotykowym jest rozwiązaniem lepszym.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5. Dotyczy pkt. 13 Wymagań Technicznych**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z dodatkową funkcją kompensaty przecieku Leak-Assist w trybie Standardowy CPAP, określonej procentowo do 25% przecieku. Taki parametr jest wyższy niż opisany przez Zamawiającego +/- 2L/min.

Odpowiedź: **Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie nr 6. Dotyczy pkt. 18 Wymagań Technicznych**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu Monitorowanie bezdechu pacjenta bez dodatkowego czujnika. Powszechnie stosowaną metoda monitorowania bezdechu jest czujnik brzuszny. Monitorowanie bez czujnika może okazać się nieskuteczne przy niewłaściwym zamocowaniu przyłącza pacjenta. W przypadku nCPAP jest to bardzo istotne.

Odpowiedź: **Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie nr 7. Dotyczy pkt. 37 Wymagań Technicznych**

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu w niniejszym punkcie na „Generator kompatybilny z oferowanym urządzeniem”

Odpowiedź: **Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.  
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

Z poważaniem,

STAROSTA  
  
Jolanta Gonta