

Sochaczew, dnia 12 października 2018 roku

ZARZĄD POWIATU
w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Sygn. post.: ZP.272.04.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 roku, poz.1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn.: „Dostawę sprzętu medycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”.

Pytanie 1: Dotyczy: Zadanie nr 1 – poz. 28 , Zadanie nr 2 – poz. 29 , Zadanie nr 3 – poz. 29 Zadanie nr 9 – poz. 33. Prosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w w/w pozycjach, opisany wymóg nie dotyczy oferowanych w w/w zadaniach urządzeń t.j. endoskopów (urządzenia takie nie posiadają bezpośredniego interfejsu komunikacyjnego z użytkownikiem)?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

Pytanie 2: Dotyczy: Zadanie nr 9 – poz. 13. Czy Zamawiający dopuści nowoczesne zewnętrzne źródło światła oparte na diodach LED o mocy oświetlenia min. 50W (intensywność światła 42000 lux), płynna regulacja natężenia światła na panelu przednim, ergonomiczne rozmiary maks. 120x120x165mm. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Dotyczy: Zadanie nr 4 – poz. 10. Czy Zamawiający dopuści stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów z zasilaniem elektrycznym 400V (3 fazy) / 50Hz?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Dotyczy: Zadanie nr 4 – poz. 11. Czy Zamawiający dopuści stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów z tekstowym wyświetlaczem 2 liniowym (16 cyfr) i dotykowym panelem sterowania?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

**Wszelkie zmiany SIWZ stanowią jej integralną część.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

w z. STAROSTY


Tadeusz Głuchowski
starosta